



**БІЛЯЇВСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Р І Ш Е Н Н Я

19 червня 2025 року

м.Біляївка

№1738-61/VIII

Про надання дозволу на списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів з балансу Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради

Керуючись ст.25, частиною п'ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком списання майна, яке належить до комунальної власності Біляївської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Біляївської міської ради від 25.04.2019 року №876-45/VII, розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради від 01.04.2025 року № 249, на підставі акту обстеження (технічного висновку) на непридатність обладнання (приладів) до експлуатації ТОВ «Укрсервіс М» від 01.04.2025 року № 1203/2, Біляївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на списання основних засобів, які знаходяться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради, згідно додатку 1.
2. Надати дозвіл на списання інших необоротних матеріальних активів, які знаходяться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради, згідно додатку 2.
3. Комунальному некомерційному підприємству «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради списати основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які знаходяться на балансі, згідно з вимогами діючого законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, регуляторної політики, інвестиційної діяльності та розвитку підприємства (голова комісії Косенко Олег).

Біляївський міський голова

Михайло БУХТІЯРОВ

Додаток 1
до рішення сесії
Біляївської міської ради
від 19 червня 2025 року №1738-61/VIII

ПЕРЕЛІК

основних засобів, що пропонуються до списання

по Комунальному некомерційному підприємству "Біляївська багатoproфільна лікарня" Біляївської міської ради

Порядковий номер	Найменування об'єкта	Інвентарний номер	Станом на 20__р.				Знос з початку експлуатації	Залишкова вартість	Характеристика об'єкту
			Фактично виявлено		За даними бухгалтерського обліку				
			кількість	Первісна (переоцінена) вартість, гривень	кількість	Первісна (переоцінена) вартість, гривень			
1	Візок зі змішаними ношами і підголовником	10420089	1	6273,00	1	6273,00		1107,00	непридатний до використання
2	Крісло-каталка	10420083	1	4356,00	1	4356,00		178,00	непридатний до використання
3	Апарат Полінаркон	01370703	1	5445,00	1	5445,00		1990,20	непридатний до використання
4	Дихальний апарат	01370182	1	28549,00	1	28549,00		13702,80	непридатний до використання
5	Монітор хірургічний	10420159	1	56748,00	1	56748,00		5675,00	непридатний до використання
6	Монітор реанімаційний хірургічний	10420160	1	56748,00	1	56748,00		5675,00	непридатний до використання
7	Пульсоксиметр	10420186	1	236849,19	1	236849,19		10310,00	непридатний до використання
8	Освітлювач 9-рефлекторний	10420269	1	143694,14	1	143694,14		14369,00	непридатний до використання
9	2-х рефлекторна лампа	01370094	1	2763,00	1	2763,00		1266,20	непридатний до використання
10	Опромінювач для лікування жовтяниці	01370077	1	4320,00	1	4320,00		1266,00	непридатний до використання
11	Стіл операційний	01370201	1	31769,00	1	31769,00		14563,80	непридатний до використання
12	Стіл операційний	01370246	1	20122,00	1	20122,00		8264,80	непридатний до використання
13	Світильник хірургічний	10420128	1	37015,00	1	37015,00		3702,00	непридатний до використання
14	Шафа сухожарова	01370950	1	13186,00	1	13186,00		384,00	непридатний до використання
15	Машина сушильна	00-000580	1	25799,00	1	25799,00		22316,18	непридатний до використання
16	Холодильник Днепр	1630192	1	624,00	1	624,00		239,20	непридатний до використання
17	Насос сирої води	10620489	1	5291,63	1	5291,63		1578,60	непридатний до використання
18	Негатоскоп Н-48	01370350	1	1105,00	1	1105,00		293,20	непридатний до використання
19	Ліхтар лабораторний	10420038	1	625,00	1	625,00		28,00	непридатний до використання
20	Шкаф плательний	1630203	1	1524,00	1	1524,00		24,00	непридатний до використання
21	Холожильний "Норд"	10620196	1	3737,00	1	3737,00		158,00	непридатний до використання
22	Холожильний "Норд"	10620284	1	4325,00	1	4325,00		214,00	непридатний до використання

23	Кондиціонер	1670257	1	1493,00	1	1493,00		278,00	непридатний до використання
24	Крісло гінекологічне	01370098	1	2735,00	1	2735,00		1039,40	непридатний до використання
25	Крісло гінекологічне	01370471	1	3625,00	1	3625,00		929,20	непридатний до використання
26	Крісло гінекологічне	01370473	1	3025,00	1	3025,00		329,20	непридатний до використання
27	Столик маніпуляційний	01370459	1	1503,00	1	1503,00		593,20	непридатний до використання
28	Ліжко з матрацом	10620097	1	1509,00	1	1509,00		40,00	непридатний до використання
29	Ліжко з матрацом	10620093	1	1959,00	1	1959,00		40,00	непридатний до використання
30	Ліжко з матрацом	10620094	1	1959,00	1	1959,00		40,00	непридатний до використання
31	Ліжко з матрацом	10620096	1	1959,00	1	1959,00		40,00	непридатний до використання
32	Платне ліжко з матрацом	10620169	1	1450,00	1	1450,00		14,00	непридатний до використання
33	Платне ліжко з матрацом	10620164	1	1450,00	1	1450,00		14,00	непридатний до використання
34	Ліжко функціональне	10420114	1	11882,00	1	11882,00		477,00	непридатний до використання
35	Ліжко функціональне	10420099	1	11882,00	1	11882,00		477,00	непридатний до використання
36	Ліжко металеве	10620440	1	2901,45	1	2901,45		290,00	непридатний до використання
37	Ліжко металеве	10620441	1	2901,45	1	2901,45		290,00	непридатний до використання
38	Ліжко металеве	10620454	1	2901,45	1	2901,45		290,00	непридатний до використання
39	Ліжко металеве	10620455	1	2901,45	1	2901,45		290,00	непридатний до використання
40	Ліжко металеве	10620456	1	2901,45	1	2901,45		290,00	непридатний до використання
41	Ліжко металеве	10620457	1	2930,43	1	2930,43		293,00	непридатний до використання
42	Ліжко односпальне з матрацом	10620026	1	1484,00	1	1484,00		38,00	непридатний до використання
43	Ліжко функціональне КФ-2 Мп з матрацом	00-000142	1	12060,00	1	12060,00		7447,05	непридатний до використання
44	Системний блок	10620343	1	4650,00	1	4650,00		123,00	непридатний до використання

Додаток 2
до рішення сесії
Біляївської міської ради
від 19 червня 2025 року №1738-61/VIII

ПЕРЕЛІК
інших необоротних матеріальних активів, що пропонуються до списання
по Комунальному некомерційному підприємству "Біляївська багатопрофільна лікарня" Біляївської міської ради

Порядк овий номер	Найменування об'єкта	Інвентарний номер	Станом на _____ 20__ р.				Знос з початку експлуатації	Залишкова вартість	Характеристика об'єкту
			Фактично виявлено		За даними бухгалтерського обліку				
			кількість	Первісна (переоцінена) вартість, гривень	кількість	Первісна (переоцінена) вартість, гривень			
1	відро		32	198,76	32	198,76	-	-	непридатний до використання
2	ковдра б/в		13	1446,25	13	1446,25	-	-	непридатний до використання
3	кушетка		8	6975,67	8	6975,67	-	-	непридатний до використання
4	матрац		23	3 056,89	23	3 056,89	-	-	непридатний до використання
5	наволочка/Bedding Set		7	350,00	7	350,00	-	-	непридатний до використання
6	пелюшки		20	380,50	20	380,50	-	-	непридатний до використання
7	пелюшки байкові		31	311,67	31	311,67	-	-	непридатний до використання
8	підковдра/Bedding Set		6	1800,00	6	1800,00	-	-	непридатний до використання
9	ковдра/Blanked		5	2000,00	5	2000,00	-	-	непридатний до використання
10	комплект постільної білизни		2	759,72	2	759,72	-	-	непридатний до використання
11	простині		375	328,86	375	328,86	-	-	непридатний до використання
12	рушник		29	86,00	29	86,00	-	-	непридатний до використання
13	рушник/Terry towel 70*140		12	3600,00	12	3600,00	-	-	непридатний до використання
14	рушник /Terri towel 50*90		20	4000,00	20	4000,00	-	-	непридатний до використання
15	рушник /Terri towel 40*70		4	280,00	4	280,00	-	-	непридатний до використання
16	полотенце махрове		10	1600,00	10	1600,00	-	-	непридатний до використання
17	полотенце		8	23,20	8	23,20	-	-	непридатний до використання
18	тумба		58	8918,87	58	8918,87	-	-	непридатний до використання
19	тумбочка 750*400*380мм на колесах		2	2 724,75	2	2 724,75	-	-	непридатний до використання
20	вішалка		1	21,00	1	21,00	-	-	непридатний до використання
21	ковдра		51	3298,65	51	3298,65	-	-	непридатний до використання

22	ковдра б/у		3	351,84	3	351,84	-	-	непридатний до використання
23	матраці		2	106,00	2	106,00	-	-	непридатний до використання
24	матрац/Mattress		51	17850,00	51	17850,00	-	-	непридатний до використання
25	тютюжна наволочка		5	50,00	5	50,00	-	-	непридатний до використання
26	милиці		1	500,00	1	500,00	-	-	непридатний до використання
27	костилі для дорослих		1	20,00	1	20,00	-	-	непридатний до використання
28	миска		2	2,33	2	2,33	-	-	непридатний до використання
29	наволочки		107	1 030,65	107	1 030,65	-	-	непридатний до використання
30	підковдра		104	16090,07	104	16090,07	-	-	непридатний до використання
31	простирадло 215*143/145(бязь)		5	597,75	5	597,75	-	-	непридатний до використання
32	простирадло Промо 145x215		10	1 350,00	10	1 350,00	-	-	непридатний до використання
33	матрас 80*190		62	16554,00	62	16554,00	-	-	непридатний до використання
34	матрац 90*190 см		30	8010,00	30	8010,00	-	-	непридатний до використання
35	ліжко		18	2116,39	18	2116,39	-	-	непридатний до використання
36	наволочка нижня		25	50,00	25	50,00	-	-	непридатний до використання
37	окуляри захисні		4	32,00	4	32,00	-	-	непридатний до використання
38	піжама чоловіча		9	397,99	9	397,99	-	-	непридатний до використання
39	труси чоловічі		43	661,12	43	661,12	-	-	непридатний до використання
40	кардиган		1	1,00	1	1,00	-	-	непридатний до використання
41	подушка		14	754,00	14	754,00	-	-	непридатний до використання
42	подушка б/у		9	1055,43	9	1055,43	-	-	непридатний до використання
43	подушка б/в		2	222,50	2	222,50	-	-	непридатний до використання
44	подушка/Pillow		10	2 500,00	10	2 500,00	-	-	непридатний до використання
45	простирадло		10	837,86	10	837,86	-	-	непридатний до використання
46	сапоги		5	95,00	5	95,00	-	-	непридатний до використання
47	стіл		23	5096,78	23	5096,78	-	-	непридатний до використання
48	стіл б/в		7	754,28	7	754,28	-	-	непридатний до використання
49	стілець		28	38 540,12	28	38 540,12	-	-	непридатний до використання
50	халат		1	80,00	1	80,00	-	-	непридатний до використання
51	чохли матраці		26	1062,81	26	1062,81	-	-	непридатний до використання
52	штатив на колесах		2	1315,60	2	1315,60	-	-	непридатний до використання
53	штори		18	540,00	18	540,00	-	-	непридатний до використання
54	одяг медичний захисний		56	3997,55	56	3997,55	-	-	непридатний до використання
55	футболка		4	4,00	4	4,00	-	-	непридатний до використання
56	штани		14	14,00	14	14,00	-	-	непридатний до використання
57	система зовнішньої фіксації гомілки		1	3450,00	1	3450,00	-	-	непридатний до використання
58	душовий бокс SW-9900 A		1	5713,50	1	5713,50	-	-	непридатний до використання
59	косинки		5	2,50	5	2,50	-	-	непридатний до використання
60	одяг медичний (жіночий)		1	300,00	1	300,00	-	-	непридатний до використання
61	крісла б/у		2	713,85	2	713,85	-	-	непридатний до використання
62	USB-накопичувач 16GB Kingston Data		1	220,00	1	220,00	-	-	непридатний до використання
63	USB-накопичувач 32GB Apacer AH115 Silver USB		1	290,00	1	290,00	-	-	непридатний до використання
64	USB-накопичувач 32GB USB 2,0 Apacer		1	280,00	1	280,00	-	-	непридатний до використання

65	комір R захисний		1	238,67	1	238,67	-	-	непридатний до використання
66	комір R захисний дитячий		1	212,50	1	212,50	-	-	непридатний до використання
67	модем		1	310,00	1	310,00	-	-	непридатний до використання
68	плащ		1	1,00	1	1,00	-	-	непридатний до використання
69	чайник алюмінієвий		2	355,00	2	355,00	-	-	непридатний до використання
70	шафа		2	1367,00	2	1367,00	-	-	непридатний до використання
71	тазік оцинкований		1	1,50	1	1,50	-	-	непридатний до використання
72	флеш пам'ять		1	90,00	1	90,00	-	-	непридатний до використання
73	тюль		2	59,00	2	59,00	-	-	непридатний до використання
74	доріжка		1	890,30	1	890,30	-	-	непридатний до використання
75	коврова доріжка		1	185,00	1	185,00	-	-	непридатний до використання
76	крісло		1	1890,00	1	1890,00	-	-	непридатний до використання
77	кастрюля		3	55,00	3	55,00	-	-	непридатний до використання
78	ковш		2	16,00	2	16,00	-	-	непридатний до використання
79	сорочка жіноча		15	300,00	15	300,00	-	-	непридатний до використання
80	штатив для крапельниць		1	3500,00	1	3500,00	-	-	непридатний до використання
81	комбінізон х/б		1	0,01	1	0,01	-	-	непридатний до використання
82	плита газова		1	790,00	1	790,00	-	-	непридатний до використання
83	труси жіночі		85	6800,00	85	6800,00	-	-	непридатний до використання
84	багатоцільова тканина, бавовна 1*5*10 (55006276)		5	250,00	5	250,00	-	-	непридатний до використання
85	світільник-лампа б/в		12	5438,59	12	5438,59	-	-	непридатний до використання
86	вішалка-стійка для одягу		5	1824,90	5	1824,90	-	-	непридатний до використання
87	плита електрична		1	25,00	1	25,00	-	-	непридатний до використання
88	ЧП-Приліжкова тумба 400*430*450		1	705,60	1	705,60	-	-	непридатний до використання
89	вентилятор		1	100,00	1	100,00	-	-	непридатний до використання
90	мишка-маніпулятор		1	300,00	1	300,00	-	-	непридатний до використання
91	ковдра х/б		2	16,00	2	16,00	-	-	непридатний до використання
92	клавіатура		1	600,00	1	600,00	-	-	непридатний до використання
93	стілець б/у		1	50,00	1	50,00	-	-	непридатний до використання
94	бібліотечний фонд		170	5357,00	170	5357,00	-	-	непридатний до використання
95	шафа для паперів		2	215,76	2	215,76	-	-	непридатний до використання
96	столи б/у		1	636,01	1	636,01	-	-	непридатний до використання
97	стіл хірургічний		2	80,00	2	80,00	-	-	непридатний до використання
98	каталка (каляска ОСД УКОНОМ 2,46)		1	3990,00	1	3990,00	-	-	непридатний до використання
99	матрац б/в		10	1260,60	10	1260,60	-	-	непридатний до використання
100	матрац поліурітановий		15	30178,12	15	30178,12	-	-	непридатний до використання
101	табуретка		5	20,00	5	20,00	-	-	непридатний до використання
102	матрац		11	6222,57	11	6222,57	-	-	непридатний до використання
103	мікрохвильова піч		2	3172,72	2	3172,72	-	-	непридатний до використання
104	електрочайник		1	700,00	1	700,00	-	-	непридатний до використання
105	болгарка		1	652,00	1	652,00	-	-	непридатний до використання
106	дриль		1	365,00	1	365,00	-	-	непридатний до використання
107	електроперфоратор		1	972,00	1	972,00	-	-	непридатний до використання

108	обігрівач		1	900,00	1	900,00	-	-	непридатний до використання
109	термометр безконтактний		1	1 011,20	1	1 011,20	-	-	непридатний до використання
110	електродвигун		1	970,00	1	970,00	-	-	непридатний до використання
111	котел Рівнотерм		1	1878,00	1	1878,00	-	-	непридатний до використання
112	стабілізатор		3	7290,00	3	7290,00	-	-	непридатний до використання
113	водонагрівач		1	1851,67	1	1851,67	-	-	непридатний до використання
114	халат госпітальний		6	138,00	6	138,00	-	-	непридатний до використання

ТОВ «УКРСЕРВІС М»

Звенигородське шосе, будинок 6, м.Олександрія Кіровоградської області, 28000,
Код ЄДРПОУ 39461251, р/р 893510050000026006878808084 АТ «УкрСиббанк» МФО
351005

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1203\2
На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «01» 04 2025 р

Організація (підприємство) : КНП «Біляївська багатoproфільна лікарня»

№ з/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Заводськй\інвентарний номер	Висновок обстеження
1.	Візок із змішаними ношами і підголовником	1	2006	10420089	Поламана основна конструкція, зношена гума коліс, покриття сидіння та підлокітників, не функціонує механізм гальмування, відсутні підніжки.
2.	Крісло-каталка	1	2006	10420083	Поламана основна конструкція, зношена гума коліс, фізичне зношення покриття сидіння, не функціонує механізм гальмування відсутні підніжки, механічний знос рухомих частин.
3.	Апарат Полінаркон	1	1984	1370703	Вихід з ладу перемикачів, вихід з ладу індикаторів, замикання контактів, замикання контактів, мікротріщини у платі, згорів блок живлення.
4.	Дихальний апарат	1	1986	1370182	Повний фізичний знос, пошкодження пластмасових частин апарату, зношення гумових частин апарату.
5.	Монітор хірургічний	1	2005	10420159	Пошкодження монітора внаслідок дії магнітних полів. Вихід з ладу інвертора напруги. Вихід з ладу високовольтного захисту стрічного трансформатора. Втрата емісії ЕПТ. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент. Пробій вихідного відеопідсилювача. Відсутній накал катода. Вийшов з ладу імпульсний БП.
6.	Монітор реанімаційний хірургічний	1	2008	10420160	Вийшов з ладу імпульсний БП. Втрата ємності конденсаторів. Вийшов з ладу блок стрічної розгортки. Відсутній накал кінескопа. Пошкодження люмінофору. Висихання електrolітів великої ємності. Вигоріла допустима кількість катодного запилення, що негативно впливає на стабільність та яскравість зображення. Висихання високовольтного конденсатору.
7.	Пульсоксиметр	1	2009	10420186	Пошкодження дисплею, мікротріщини у платі, деформація корпусу.
8.	Освітлювач 9-рефлекторний	1	2012	10420269	Вийшла з ладу лампа ПШ220-15. Розрив у ланцюгу живлення. Пошкоджена однолінзовий колектор. Деформація фланцевої частини.
9.	2-х рефлекторна лампа	1	1987	01370094	Розрив у ланцюгу живлення. Пошкоджена однолінзовий колектор. Деформація фланцевої частини.
10.	Опромінювач для лікування	1	1986	01370077	Вийшла з ладу лампа ПШ220-15. Розрив у ланцюгу живлення. Пошкоджена однолінзовий колектор. Деформація фланцевої частини.

	жовтятиці				
11.	Стіл операційний	1	1984	01370201	Глибока корозія металевих частин. Втрата основних функцій. Не придатне для подальшого використання. Механічні пошкодження рухомих частин.
12.	Стіл операційний	1	1982	01370246	Глибока корозія металевих частин. Втрата основних функцій. Не придатне для подальшого використання. Механічні пошкодження рухомих частин.
13.	Стіл хірургічний	1	2006	10420128	Глибока корозія металевих частин. Втрата основних функцій. Не придатне для подальшого використання. Механічні пошкодження рухомих частин.
14.	Шафа сухожарова	1	1991	01370950	Вийшов з ладу електронний терморегулятор. При досягненні заданої температури, температура у камері продовжує зростати.
15.	Машина сушильна	1	2018	00-000580	Вийшов з ладу датчик температури. Пошкоджений тепло ізолятор між стінками. Вийшов з ладу вентилятор. Вийшов з ладу термостат. Не працює термореле. Втрата контакту панелі керування. Вийшов з ладу вентилятор системи охолодження. Частково не працюють сегменти індикатору. Вийшов з ладу ТЕН.
16.	Холодильник Днепр	1	1971	01630192	Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Виток хладагента(фреону). Заклинювання компресора холодильника. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор-компресор. Пошкоджений контур охолодження. Замкнення контактів у пуско-захисному реле. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замкнення у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. Пошкодження випаровувача холодильної камери.
17.	Насос сирої води	1	2012	10620489	Пошкоджений кривошипний механізм. Заклинення поршня.
18.	Негатоскоп Н-48	1	1977	01370350	Електричний пробій силового ключа драйвера живлення лампи підсвітки екрана. Підгорання контактів перемикача.
19.	Ліхтар лабораторний	1	2003	10420038	Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів у патроні. Пошкоджена ізоляція. Відсутній контакт перемикача.
20.	Шкаф плательний	1	2010	01630203	Відслоєння захитно- декоративного покриття. Тріщини облицювання під лаковою плівкою різної довжини та конфігурації.
21.	Холодильник «Норд»	1	1984	10620196	Глибока корозія корпусу, фізичне зношення ущільнювачів дверей, згоріла обмотка статора електродвигуна, механічне пошкодження магістралей випарника холодильної камери.
22.	Холодильник «Норд»	1	1984	10620284	Пошкодження трубки надходження фреону до системи охолоджувача, пошкодження резинового ободу герметизації холодильної установки, втрата діелектричних та термоізоляційних положень, деформація корпусу
23.	Кондиціонер	1	2010	01670257	Вихід з ладу електронної плати управління. Механічне пошкодження датчиків температури, обрив дрітків живлення, потрапляння вологи на термоелемент. Забруднення капілярного трубопроводу, вироботка ресурсу осушителя. Перетікання рідкого хладагенту в картер компресору. Проникнення фреону у циліндри компресору.
24.	Крісло гінекологічне	1	1987	01370098	Корозія металевої конструкції, механічне пошкодження, механічне зношення рухомих деталей, пошкодження крісла.
25.	Крісло	1	1993	01370471	Корозія металевої конструкції, механічне пошкодження, механічне зношення рухомих деталей,

	гінекологічне				пошкодження крісла.
26.	Крісло гінекологічне	1	1993	01370473	Корозія металевої конструкції, механічне пошкодження, механічне зношення рухомих деталей, пошкодження крісла.
27.	Столик маніпуляційний	1	1987	01370459	Глибока корозія, деформація виробу в наслідок довготривалого використання.
28.	Ліжко з матрацом	1	2004	10620097	Глибока корозія, деформація виробу в наслідок довготривалого використання.
29.	Ліжко з матрацом	1	2004	10620093	Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
30.	Ліжко з матрацом	1	2004	10620094	Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
31.	Ліжко з матрацом	1	2004	10620096	Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
32.	Платне ліжко з матрацом	1	2006	10620169	Механічне пошкодження рухомих частин, пошкодження підъемного механізму. Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
33.	Платне ліжко з матрацом	1	2006	10620164	Механічне пошкодження рухомих частин, пошкодження підъемного механізму. Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
34.	Ліжко функціональне	1	2006	10420114	Механічне пошкодження рухомих частин, пошкодження підъемного механізму. Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
35.	Ліжко функціональне	1	2006	10420099	Механічне пошкодження рухомих частин, пошкодження підъемного механізму. Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
36.	Ліжко металеве	1	2002	10620440	Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
37.	Ліжко металеве	1	2002	10620441	Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
38.	Ліжко металеве	1	2002	10620454	Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
39.	Ліжко металеве	1	2002	10620455	Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.

40.	Ліжко металеве	1	2002	10620456	Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
41.	Ліжко металеве	1	2002	106204567	Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
42.	Ліжко односпальне з матрацом	1	2002	10620026	Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
43.	Ліжко функціональне КФ-2-МП з матрацом	1	2020	00-000142	Механічне пошкодження рухомих частин, пошкодження підъемного механізму. Часткова корозія металевих частин. Деформація виробу, фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
44.	Системний блок	1	2011	10620343	Вийшов з ладу процесор виводу зображення. Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вийшла з ладу система охолодження процесора. Дефект інтерфейсного модуля.

Загальний висновки технічного обстеження: надані на обстеження зразки обладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації обладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

1. Акт обстеження складено на 4 сторінках.
2. Обстежено 44 одиниці.

Дефектолог
ТОВ «Укрсервіс М»



Кикоть І.І.

ТОВ «УКРСЕРВІС М»

Звенигородське шосе, будинок 6, м.Олександрія Кіровоградської області, 28000,
Код ЄДРПОУ 39461251, р/р 893510050000026006878808084 АТ «УкрСиббанк» МФО
351005

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1203\4
На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «01» 04 2025 р

Організація (підприємство) : КНП «Біляївська багатoproфільна лікарня»

№ з/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Заводський/інвентарний номер	Висновок обстеження
1.	Відро	32			Деформація виробу, розеднання швів, не придатне для подальшого використання.
2.	Ковдра б/в	13			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
3.	Кушетка	8			Часткова корозія металу, деформація виробу, фізичний знос.
4.	Матрац	23			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
5.	Наволочка/Bedding Set	7			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
6.	Пелюшки	20			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
7.	Пелюшки байкові	31			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
8.	Підковдра //Bedding Set	6			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
9.	Ковдра //Bedding Set	5			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
10.	Комплект постільної білизни	2			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
11.	Простині	375			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
12.	Рушник	29			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
13.	Рушник/Terry towel 70*140	12			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
14.	Рушник/Terry towel 50*90	20			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
15.	Рушник/Terry towel	4			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.

	40*70				
16.	Полотце махрове	10			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
17.	Полотенце	8			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
18.	Тумба	58			Нестійкість виробу при повній затязці фурнітури Тріщини облицювання під лаковою плівкою різної довжини та конфігурації.
19.	Тумбочка 750*400*380 на колесах	2			Відслоєння захитно- декоративного покриття. Тріщини облицювання під лаковою плівкою різної довжини та конфігурації.
20.	Вішалка	1			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
21.	Ковдра	51			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
22.	Ковдра б/у	3			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
23.	Матраци	2			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
24.	Матрац/Mattress	51			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
25.	Тюфячна наволочка	5			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
26.	Милиці	1			Деформація деталей стяжок, з'єднуючих гнізд, отворів. Порушення різьбової частини кріпівної фурнітури.
27.	Костилі для дорослих	1			Деформація деталей стяжок, з'єднуючих гнізд, отворів. Порушення різьбової частини кріпівної фурнітури.
28.	Миска	2			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
29.	Наволочки	107			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
30.	Підковдра	104			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
31.	Простирядло 215*143/145(бязь)	5			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
32.	Простирядло Промо 145*215	10			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
33.	Матрас 80*190	62			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
34.	Матрац 90*190 см	30			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
35.	Ліжко	18			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
36.	Наволочка нижня	25			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
37.	Окуляри захисні	4			Механічні пошкодження рухомих частин,фізичний знос.
38.	Піжама чоловіча	9			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
39.	Труси чоловічі	43			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
40.	Карди ган	1			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.

41.	Подушки	14			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
42.	Подушка б/у	9			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
43.	Подушка б/в	2			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
44.	Подушка/Pillow	10			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
45.	Простирadlo	10			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
46.	Сапоги	5			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
47.	Стіл	23			Відслоення захитно-декоративного покриття .
48.	Стіл б/в	7			Часткове посвітлення лакового покриття внаслідок дії вологи.
49.	Стілець	28			Повна втрата основних механічних функцій. Вицвітання обивки внаслідок дії ультрафіолету.
50.	Халат	1			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
51.	Чохли матраці	26			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
52.	Штатив на колесах	2			Механічне пошкодження рухомих частин, фізичний та моральний знос.
53.	Штори	18			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
54.	Одяг медичний	56			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
55.	Футболка	4			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
56.	Штани	14			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
57.	Система зовнішньої фіксації	1			Механічні пошкодження рухомих частин, втрата основних функцій.
58.	Душевий бокс SW-9900 A	1			Деформація виробу, розсихання ущільнювачів, втрата естетичного вигляду в наслідок мінералізації.
59.	Косинки	5			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
60.	Одяг медичний	1			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
61.	Крісла б/у	2			Дефекти переробки пенопліуретанової основи. Частинна потертість обивки. Порушення цілісності несущої конструкції.
62.	USB-накопичувач 16GB Kingston Data	1			Пошкодження напругою. Перегорання низьковольтних мікросхем. Пошкодження флеш-пам'яті з програмним забезпеченням. Пошкодження мікросхеми внутрішньої пам'яті. Розхитування USB порта. Логічне пошкодження.
63.	USB-накопичувач 32GB Apacer AH115 Silver USB	1			Пошкодження мікросхеми внутрішньої пам'яті. Розхитування USB порта. Логічне пошкодження. Пошкоджена мікросхема Flash пам'яті. Пошкоджений контролер.
64.	USB-накопичувач 32GB USB 2.0 Apacer	1			Перегорання низьковольтних мікросхем. Пошкодження флеш-пам'яті з програмним забезпеченням. Пошкодження мікросхеми внутрішньої пам'яті. Розхитування USB порта. Логічне пошкодження.
65.	Комір R захисний	1			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.

66.	Комір R захисний дитячий	1			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
67.	Модем	1			Вийшов з ладу низькоомний навантажувальний резистор. Перегрів та зависання в роботі модему.
68.	Плаш	1			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
69.	Чайник алюмінієвий	2			Деформація виробу, фізичний знос.
70.	Шафа	2			Тріщини облицювання під лаковою плівкою різної довжини та конфігурації. Розходження полос облицювання.
71.	Тазік оцинкований	1			Деформація виробу, фізичний знос.
72.	Флеш пам'ять	1			Перегорання низьковольтних мікросхем. Пошкодження флеш-пам'яті з програмним забезпеченням. Пошкодження мікросхеми внутрішньої пам'яті. Розхитування USB порта. Логічне пошкодження.
73.	Тюль	2			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
74.	Доріжка	1			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
75.	Коврова доріжка	1			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
76.	Крісло	1			Змінення кольору та міцності обивки внаслідок дії сонячних променів. Фізичне ушкодження, спинки та ніжок.
77.	Каструля	3			Деформація виробу, фізичний знос.
78.	Ковш	2			Деформація виробу, фізичний знос.
79.	Сорочка жіноча	15			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
80.	Штатив для крапельниць	1			Деформація виробу, фізичний знос.
81.	Комбінезон х/б	1			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
82.	Плита газова	1			Вихід з ладу запальника. Пошкодження конфорочного блоку. Вихід з ладу панелі управління.
83.	Труси жіночі	85			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
84.	Багатоцільова тканина бавовна 1*5*10 (55006276)	5			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
85.	Світильник-лампа б/в	12			Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів у патроні. Пошкоджена ізоляція. Відсутній контакт перемикача.
86.	Вішалка-стійка для одягу	5			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
87.	Плита електрична	1			Зношені кріплення дверей духової шафи. Фізично зношена, зношення регуляторів, перегоріли 3 нагрівальних елементи, втрата контактів в роземах.
88.	ЧП-Приліжкова тумба 400*430*450	1			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
89.	вентилятор	1			Замикання в ланцюзі живлення, зношення рухомих елементів, перегоріли індикатори.

90.	Мишка-маніпулятор	1			Пошкоджений мікрік. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Втрата контакту.
91.	Ковдра х/б	2			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
92.	Клавіатура	1			Термічна деформація гнучких контактних груп. Знос плівки. Западання клавiш. Перегорання драйвера клавіатури. Розрив у ланцюгу живлення.
93.	Стілець б/у	1			Вицвітання обивки внаслідок дії ультрафіолету. Фізична зношеність закріплюючих кронштейнів.
94.	Бібліотечний фонд	170			Література на російській мові, що не відповідає вимогам часу. Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
95.	Шафа для паперів	2			Тріщини облицювання під лаковою плівкою різної довжини та конфігурації. Розходження полос облицювання.
96.	Столи б/у	2			Фізичне ушкодження ніжок. Глибокі подряпини та сколи на лаковій поверхні дерев'яних частин.
97.	Стіл хірургічний	2			Пошкодження корпусу у містах кріплення. Зламаний механізм складання. Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання.
98.	Каталка (каляска ОСД УКОНОМ 2,46)	1			Зламаний механізм складання. Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. Пошкодження корпусу у містах кріплення.
99.	Матрац б/в	10			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
100.	Матрац поліурітановий	15			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
101.	Табуретка	5			Нестійкість виробу при повній затязці фурнітури.
102.	Матрац	11			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.
103.	Халат госпітальний	5			Фізичний знос в наслідок довготривалого використання.

Загальний висновки технічного обстеження: надані на обстеження зразки обладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації обладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

1. Акт обстеження складено на 6 сторінках.
2. Обстежено 1818 одиниці.

Дефектолог
ТОВ «Укрсервіс М»



Кикоть І.І.

ТОВ «УКРСЕРВІС М»

Звенигородське шосе, будинок 6, м.Олександрія Кіровоградської області, 28000,
Код ЄДРПОУ 39461251, р/р 893510050000026006878808084 АТ «УкрСиббанк» МФО
351005

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1203\4
На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «01» 04 2025 р

Організація (підприємство) : КНП «Біляївська багатoproфільна лікарня»

№ з/п	Назва обладнання	Кількість	Рік випуску	Заводський/інвентарний номер	Висновок обстеження
1.	Мікрохвильова піч	2			Несправний блок живлення. Несправність блоку магнетрону. Несправність двигуна обертання столику. Діелектричний пробій хвилеводу. Несправність елементів керування та індикації мікрохвильової печі.
2.	Електрочайник	1			Відсутній контакт перемикача. Протікання. Вийшов з ладу ТЕН(накип). Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура ел.живлення.
3.	Болгарка	1			Механічний знос патрону кріплення свердла. Розбиті посадочні місця підшипників. Міжвиткове замкнення в обмотці якоря. Підгоріла обмотка статора.
4.	Дриль	1			Вийшов з ладу регулятор швидкості оборотів, вихід з ладу редуктора, вихід з ладу перемикачів.
5.	Електроперфоратор	1			Пошкоджений фіксатор вимкнення, пошкодження захисної муфти, згорів електродвигун.
6.	Обігрівач	1			Втрата герметичності в наслідок корозійного пошкодження корпусу, вихід з ладу електронагрівача
7.	Термометр безконтактний	1			Залипання кнопки спускового механізму. Вихід з ладу випромінюючого інфрачервоного випромінювача. Розслоювання жидкокристалічного дисплею. механічне пошкодження корпусу.
8.	Електродвигун	1			Зношення щіток, пробій ізоляції, несправний пускач, заклинення підшипника.
9.	Котел Рівнотерм	1			Пошкодження електронного блоку, вихід з ладу вентилятора, вихід з ладу термостата, пошкодження пальника.
10.	Стабілізатор	3			Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Роз'єднання пайки. Замкнення доріжок. Замкнення витків обмотки трансформатора.
11.	Водонагрівач	1			Тріщини внутрішньої оболонки. Вийшов з ладу ТЕН(накип). Корозія поверхні колби, протікання. Вийшов з ладу термостат. Корозія та руйнація накопичувальної ємності.

Загальний висновки технічного обстеження: надані на обстеження зразки обладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації обладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

1. Акт обстеження складено на 1 сторінці.
2. Обстежено 14 одиниць.

Дефектолог
ТОВ «Укрсервіс М»



Кикоть І.І.